

TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ 1

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kurumların İhtiyacı Olan 458 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımına ilişkin 2010/40793 kayıt numaralı ihale dökümanı teknik şartnamesinde;

3-4-5 sıra nolu KAN GRUBU TAYİN SİSTEMİ isimli malzemenin;

Teknik Şartnamesine 10. Madde olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“10. Firma kitlerle beraber her bir 3'lü kan grubu seti (Anti-A, Anti-B, Anti-D) şişesi için 150 adet 3 gözlü şeffaf çukur lam verecektir.”


Dr. Ayşen TÜRKKAN
Yenikent Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı



Dr. Tayfur DEMİRAY
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı



Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı



TEKNİK ŞARTNAMEZEYİLNAMESİ 2

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kurumların İhtiyacı Olan 458 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımına ilişkin 2010/40793 kayıt numaralı ihale dökümanı teknik şartnamesinde;

158. sıra nolu VAKUMLU JELLİ HIZLI PIHTILAŞTIRAN KAN ALMA TÜPLERİ isimli malzemenin ;

6. Maddesinde olan “Kapağın delinebilen kauçuk kapağının üstünde sert plastikten bir kapak daha yer almalıdır. Hemogard kapak denilen bu kapak tüpün kolay açılmasını sağlamalı ve tekrar kapanmasına imkan vermeli, şekli kan ile temasa geçilmesine ve kan sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kapağın delinebilen kauçuk kapağının üstünde sert plastikten bir kapak daha yer almalıdır. Konvansiyonel kapak denilen bu kapak tüpün kolay açılmasını sağlamalı ve tekrar kapanmasına imkan vermeli, şekli kan ile temasa geçilmesine ve kan sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.”

Dr. Muzaffer KOCER
Yenikent Devlet Hastanesi
Biyokimya Uzmanı

Dr. Mehmet ÜNVER
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Biyokimya Uzmanı

Dr. Fatma ÖZDEMİR
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyokimya Uzmanı

Dr. Selva Güler ÖZCAN
Hendek Devlet Hastanesi
Biyokimya Uzmanı