

## TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kurumların 2010 yılı İhtiyacı Olan 38 Kale m Göz Sarf Malzemesi alımı çerçeve anlaşma yapılması işi ihale dokümanlarından olan teknik şartnamenin 3. Kalemli olan Fako Bıçağı 3,2 mm isimli malzemenin 7. Maddesinde belirtilen “ İhaleden 1 hafta önce bıçağın özellikleri belgelenmeli ve numuneler değerlendirilecektir.” İbaresini çıkarılmıştır.

Teknik Şartnamenin 13. Kalemli olan 3 Parçalı Katlanabilir Göz İçi Lensi Foldable (Hidrofobik Akrilik) isimli malzemenin 18. Maddesi'nde belirtilen “Verilen CE belgelerinin hastane tarafından istenildiği takdirde ilgili firma veya firmalar tarafında hangi malzeme ve içeriğe ait olduğu resmi olarak belgelendirilmelidir.” İbaresini çıkarılmıştır.

Teknik Şartnamenin 7. Kalemli olan Lens Katlanabilir Hidrofilik Akrilik isimli malzemenin 4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haptikleri açısız ve 2 haptikli olmalıdır”

Bu zeyilname 05/03/2010 tarihinde tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Op.Dr. Özlem BURSALI  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr. M. Emin ÖZCAN  
Yenikent Devlet Hastanesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı